

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, обґрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення:

UA-2022-11-08-012999-a

Світильник операційний НК 024:2019 12282 Операційний СВІТИЛЬНИК

(ДК 021:2015 33167000-8 Хірургічні світильники)

Щодо закупівлі товару: Світильник операційний повідомляємо:

1	Назва предмета закупівлі	Світильник операційний однокупольний (ДК 021:2015 33167000-8 Хірургічні світильники)
2	Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Області застосування: будь-які хірургічні операції</p> <p>Світильник повинен складатися з головного освітлювача та 3-х плечового пантографу</p> <p>Світильник повинен забезпечувати хірурга рівним, відкритим (без тіні), колір-коректованим освітленням найвищої якості</p> <p>Для легкого позиціонування світильник повинен мати систему для кріплення до стелі</p> <p>Технічні характеристики освітлювача:</p> <p>Тип блоку освітлювача – світлодіодний</p> <p>Діаметр блоку освітлювача - 700 мм</p> <p>Регулювання по висоті блоку освітлювача — у діапазоні до 1200 мм</p> <p>Максимальне освітлення на відстані 1-го метра - не менше 160 000 Люкс</p> <p>Розмір фокусованого світлового поля – діапазон регулювання в межах 150-300 мм</p> <p>Робоча зона, глибина освітлення в межах 500-1200 мм</p> <p>Кольорова температура — змінна 3500-5000 К покровоко (3500 К, 4000 К, 4500 К, 5000 К)</p> <p>Індекс передачі кольору (Ra) - не менше ніж 94</p> <p>Загальна кількість світлодіодів –80</p> <p>Термін служби джерел світла – не менше 40 000 годин</p> <p>Наявність контрольної панелі управління на корпусі світильника</p> <p>Наявність 1 робочої та 1 змінної ручки для переміщення куполу світильника, що можуть автоклавуватися</p> <p>Круглі пантографічні плечі</p> <p>Наявність монтажного комплекту для кріплення</p> <p>Можливість дезінфікувати та чистити рідинними речовинами або спреєм корпус освітлювача згідно класу захисту не гірше ніж IP 54</p> <p>Обертання освітлювача на 360° навколо всіх основних точок</p> <p>Діапазон регулювання яскравості за допомогою регулятора на корпусі освітлювача – не менше 40000-160000 Люкс (25-100%)</p> <p>Наявність функції ENDO-світло</p> <p>Обладнання повинно бути новим та виготовлене не</p>

		раніше 2022 року
3	Обґрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення	<p>Очікувана вартість – 190 300,00грн. Розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін на товар на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі.</p> <p>Розмір бюджетного призначення за рахунок коштів місцевого бюджету (49.00тис.грн.) та кошти НСЗУ – 190 300,00грн.</p>